

**Протокол итогов тендера № 64
к объявлению № 28 по закупке медицинских изделий (расходные материалы для ге-
модиализа) на 2023 год способом проведения тендера.**

г. Петропавловск

01.12.2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:

Бижанов К.Б. - директор, председатель тендерной комиссии;

Члены комиссии:

Перепелкин П.В. – юрист, заместитель председателя тендерной комиссии;

Малков О.А. – областной координатор по лекарственному обеспечению, член тендерной комиссии;

Секретарь комиссии:

Фомичева А.Н. – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комис-
сии.

Сумма, выделенная для закупа – **4 007 400,00** тенге.

2. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные по-
ставщики:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес	Дата и время представления
1	ТОО «ALICO TRADE»	РК, г. Алматы, район Жетысуский, микрорайон Кулагер, дом 34, кв. 54	24.11.2023 г., 14:24
2	ТОО «IBF Group»	РК, г. Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 21, н.п. 18а,	23.11.2023 г., 16:07

3. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков по лоту прилагается:

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	TOO «ALICO TRADE»	TOO «IBF Group»
1	Набор для непрерывной гемофильтрации	Набор для непрерывной гемофильтрации. Гемо-фильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м ² ; объем заполнения (кровь/фильтрат) - 130 мл\300 мл.; максимальный поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 200-500 мл/мин; стерилизация паром. Системы магистралей: Материал магистралей\линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл.; стерилизация: ЭО. Срок действия с момента поставки товара должно быть не менее 1 года.	шт.	3	79 800	79800	78000
2	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа. МультиЛак 2 ммоль/л калия. В прозрачном пластиковом мешке объемом 5000 мл. 2 мешка в картонной коробке. Калия хлорид 0,1491 г., Натрия хлорид 5,961 г., Натрия лактат раствор 8,52 г., Кальция хлорид дигидрат 0,2205 г., Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г., Глюкозы моногидрат 1,1. Срок действия с момента поставки товара должно быть не менее 1 года.	шт.	240	15700	15700	15000

4. Тендерная комиссия оценила и сопоставила тендерную заявку: **TOO «ALICO TRADE»**.

5. Потенциальный поставщик, не соответствующий квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110:

TOO «IBF Group»:
по лоту № 1

- В соответствии пп.7 п.62 «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил» (Потенциальным поставщиком в своей технической спецификации не предоставлена информация: 1. Материал, из которого изготовлен корпус гемофильтра. 2. Толщина стенки мембраны. 3. Внутренний диаметр мембраны. 4. Материал магистральной линии. 5. Материал коннекторов и других компонентов. 6. Диаметр памп-сегмента. 7. Не предоставлена информация о способе стерилизации. По лоту № 2

- В соответствии пп.7 п.62 «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил» (1. Потенциальным поставщиком в своей технической спецификации не предоставлена информация о наличии в заявленном продукте Натрия лактат раствор 8,52 г. 2. В технической спецификации предусмотрено наличие в закупаемом продукте Натрия хлорид в количестве 5,961 г., тогда как потенциальным поставщиком заявлено наличие Натрия хлорида в количестве 6,136 г. 3. Потенциальным поставщиком в заявленном наличии в составе продукта Натрия гидрокарбонат в количестве 2,940 г., тогда как в технической спецификации наличие данного компонента не предусмотрено. 4. Согласно технической спецификации Заказчика закупается раствор для гемофильтрации и гемодиализа МультиЛак 2 ммоль/л калия, тогда как потенциальным поставщиком заявлен раствор для гемофильтрации МультиБик 2 ммоль/л калия.

6. В соответствии с п.64 Правил осуществить закупку способом из одного источника и направить приглашение:
- **ТОО «ALICO TRADE»** по лоту № 1,2.

Председатель комиссии

Бижанов К.Б.

Члены комиссии

Перепелкин П.В.

Малков О.А.

Секретарь комиссии

Фомичева А.Н.

