

**Протокол итогов тендера № 12
к объявлению № 4 по закупке медицинских изделий на 2023 год
способом проведения тендера.**

г. Петропавловск

05.05.2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:

Дюсенов А.К.- заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению, председатель тендерной комиссии;

Перепелкин П.В. – юрист, заместитель председателя тендерной комиссии;

Малков О.А.- областной координатор по лекарственному обеспечению, член тендерной комиссии;

Малкина Н.Т.- главная медицинская сестра, член тендерной комиссии;

Абдрахиева А.А.- старший специалист отдела государственных закупок, член тендерной комиссии.

Секретарь комиссии:

Фомичева А.Н. – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии.

Сумма, выделенная для закупа – **2 908 500,00** тенге.

2. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес	Дата и время представления
1	ТОО «Med-M»	РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Ч. Валиханова, дом 7, кв.34	24.04.2023 г. 09:24
2	ИП «LEON COMPANY»	РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, МКР, Боровской, дом № 61/9	07.04.2023 г. 11:57
3	ТОО «Import MT»	РК, г. Астана, район Байконур, ул. Е. Брусиловский, здание 24/1	19.04.2023 г. 11:55

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom right of the page.

3. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков по лоту прилагается:

№	Наименование	Ед. изм.	Ко-л-во	Цена	ТОО «Import MT»	ИП «LEON COMPANY»	ТОО «Med-M»
1	Бумага UPP-110HG для флюорографа. Высокоглянцевая бумага для печати. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 18 м. Основа - термобумага: бумага с покрытием, реагирующим на нагревание.	шт	35	19100	16465	17900	
2	Дренажная система одноканальная для дренирования плевральной полости. Техническая характеристика: Объем не менее 2,3 л. Высота не более 23 см. Большая часть нижней поверхности - не менее 185 см ² для устойчивого положения на полу. Пластиковый небующийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл., цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры "подводного замка" для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки: дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания "подводного замка" Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Дляправки нужно всего 300 мл. воды. Возможность комбинировать с мобильным насосом для ранней мобилизации пациентов. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стенная упаковка. Одноразовая. Способ применения: предназначена для дренирования плевральной полости или средостения. Система может использоваться как при активном дренировании от различных источников разрежения, так и при пассивном дренировании под воздействием силы тяжести. Простое создание антирефлюксного механизма- камеры водяного замка. В систему перед использованием заливается 50 мл воды, соединительная трубка вводится на 2 см ниже уровня жидкости и фиксируется в этом положении. Небующийся корпус гарантированно защищает от повреждений с нарушением герметичности системы и случайного выплескивания жидкости. Система снабжена ручкой для транспортировки и фиксации на кровати пациента. Не нуждается в специальном креплении. Устойчива на полу благодаря большой площади нижней поверхности. Снабжена удлинительной линией с универсальным коннектором - "елочка".	шт.	80	28000			27900

3. Тендерная комиссия оценила и сопоставила тендерные заявки: ИП «LEON COMPANY», ТОО «Med-M».

4. Потенциальный поставщик, не соответствующий квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно Правилами организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некото-

Анон тұлға анықталды

рых решений Правительства Республики Казахстан Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее Правила)»:

ТОО «Import MT» по лоту № 1:

- В соответствии пп.7 пункта 130-39 «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил», в соответствии с тендерной документацией и технической спецификацией к тендеру Объявления № 4 закупка проводится в лоте № 1 Бумага для флюорографа с качеством (изображения, разрешения печати) UPP-110HG. Потенциальным поставщиком в технической спецификации указано, что предлагаемая бумага является аналогом SONY UPP 110HG, но документов подтверждающих, что заявленная бумага обладает данными качествами UPP 110HG потенциальным поставщиком ТОО «Import MT» не представлено.

5. В соответствии с п.130-41 Правил осуществить закупку способом из одного источника и направить приглашение:

- ТОО «Med-M» по лоту № 2.

- ИП «LEON COMPANY» по лоту № 1.

Председатель комиссии

Дюсенов А.К.

Члены комиссии

Перепелкин А.К.

Малков О.А.

Абдрахиева А.А.

Малкина Н.Т.

Секретарь комиссии:

Фомичева А.Н.

