

**Протокол итогов тендера № 14
к объявлению № 5 по закупке медицинских изделий (Расходные материалы для системы КЩС анализа крови для анализатора Ерос) на 2023 год
способом проведения тендера.**

г. Петропавловск

05.05.2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:

Дюсенов А.К.- заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению, председатель тендерной комиссии;

Перепелкин П.В. – юрист, заместитель председателя тендерной комиссии;

Малков О.А.– областной координатор по лекарственному обеспечению, член тендерной комиссии;

Малкина Н.Т.– главная медицинская сестра, член тендерной комиссии;

Абдрахиева А.А.– старший специалист отдела государственных закупок, член тендерной комиссии.

Секретарь комиссии:

Фомичева А.Н. – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии.

Сумма, выделенная для закупа – **1 530 000,00** тенге.

2. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес	Дата и время представления
1	ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»	РК, г. Астана, район Сарыарка, Проспект Сарыарка, дом 31/2, ВП-32	25.04.2023 г. 12:09
2	ТОО «САПАЛЫ XXI»	РК, г. Астана, район Алматы, Жилой массив Ак-Булак 3, ул. К. Жалайыри, дом 1, кВ. 66	21.04.2023 г. 10:16

3. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков по лоту прилагается:

№	Наименование	Ед. изм.	Ко л-во	Цена	ТОО «САПАЛЫ XXI»	ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»
1	Одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (50 шт/уп), расходный материал для системы КЩС анализа крови для анализатора Ерос. одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (расходный материал для системы КЩС анализа крови для анализатора Ерос). Особенности карт: 1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором). 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрихкодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени; Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa, Glu, Lac,	упа к	6	255 000	229500	255000

Ма сест Л. Тос Ал

