

Протокол вскрытия конвертов № 55 к объявлению № 23 с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупке медицинских изделий (реагенты для коагулометра НТИ TS-4000) на 2023 год.

г. Петропавловск

22 сентября 2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Бижанов К.Б. - директор, председатель тендерной комиссии;

Члены комиссии:

Перепелкин П.В. – юрист, заместитель председателя тендерной комиссии;

Малков О.Н. – областной координатор по лекарственному обеспечению, член тендерной комиссии;

Секретарь комиссии:

Абдрахиева А.А. – старший специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии.

В 15:00 часов местного времени 15 сентября 2023 года в кабинете медиации произведена процедура вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками для участия в тендере по закупке медицинских изделий (реагенты для коагулометра НТИ TS-4000) на 2023 год.

В тендерную документацию изменения не вносились.

Конверты с тендерными заявками вскрывались тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио - и видеofиксации.

2. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес	Дата и время представления
1	ТОО «Med-M»	РК, СКО, г. Петропавловск, ул. им. Ч. Валиханова, дом 7, кв. 34	13.09.2023 г., 15:25

вскрыты и они содержат перечень документов:

ТОО «Med-M»

	Наименование документа	Дата и номер	Краткое содержание	Кем подписан документ	Оригинал, копия, нотариально заверенная копия	Количество листов
1	Заявка на участие в Тендере по проведению закупки медицинских изделий на 2023 год (реагенты для коагулометра НТИ TS-4000) в соответствии с приложением к Тендерной документации.	05.09.2023, б/н	Заявка на участие в тендере	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	3
2	Справка о государственной регистрации юридического лица.	№10100634822554 от 05.01.2023г.	Правоустанавливающие документы	Отдел г. Петропавловска по регистрации и земельному кадастру ФНАО «ГК «Правительст-	Электронный документ	1

А.А. Абдрахиева

				во для граждан» по СКО		
3	Копия Устава юридического лица ТОО «Med-M»	б/н, от 15.12.2016 г.	Правоустанавливающие документы	Участник Товарищества Позолотин М.Н.	копия	3
4	Копия решения № 3 единственного участника Товарищества	№ 3 от 06.01.2020 года	Внесение изменений в устав	Участник Товарищества Шевчук О.В.	копия	1
5	Выписка о текущем составе участников потенциального поставщика, влияющих на принятие решений исполнительным органом	05.09.2023, б/н	Состав участников поставщика	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
6	Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий (рус., каз.)	регистрационный номер KZ83UC A00003300 от 29.12.2016 г.	Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации ИМН	Управление здравоохранения СКО	Электронный документ	1
7	Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий (рус., каз.)	регистрационный номер KZ42UB W00002790 от 29.12.2016 г.	Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации МТ	Управление здравоохранения СКО	Электронный документ	1
8	Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов по состоянию на 15 августа 2023 года	Уникальный код документа 230905TD R00987 от 05.09.2023 г.	Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов по состоянию на 15 августа 2023 года	УГД по г. Петропавловск	Электронный документ	2
9	Сведения о наличии и количестве специалистов.	05.09.2023 г., б/н	Сведения о наличии специалистов	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	Оригинал	5
10	Ценовое предложение по лоту №1 согласно приложения №3 к тендерной документации	05.09.2023 г., б/н	Таблица цен	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	2
11	Ценовое предложение по лоту №2 согласно приложения №3 к тендерной доку-	05.09.2023 г., б/н	Таблица цен	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1

	ментации					
12	Ценовое предложение по лоту №3 согласно приложения №3 к тендерной документации	05.09.2023 г., б/н	Таблица цен	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
13	Ценовое предложение по лоту №4 согласно приложения №3 к тендерной документации	05.09.2023 г., б/н	Таблица цен	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
14	Ценовое предложение по лоту №5 согласно приложения №3 к тендерной документации	05.09.2023 г., б/н	Таблица цен	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	2
15	Ценовое предложение по лоту №6 согласно приложения №3 к тендерной документации	05.09.2023 г., б/н	Таблица цен	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
16	Сведения о сопутствующих услугах	05.09.2023 г., б/н	Сведения о сопутствующих услугах	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
17	Платежное поручение	05.09.2023 г., №232	Гарантийное обеспечение тендерной заявки по лотам № 1,2,3,4,5,6	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
18	Копия сопроводительного письма РГУ «Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК»	от 18.01.2023 г., №25-26-07-12/115	Сопроводительное письмо.	РГУ «ДКМ и ФКМЗ РК по г. Алматы» И.о. руководителя Д. Даулетбаев	копия	5
19	Акт санитарно-эпидемиологического обследования	б/н, от 18.01.2023 г.	Акт санитарно-эпидемиологического обследования	Главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора Султанбаева М.О.	копия	1
20	Письмо подтверждение соответствия товара требованиям тендерной документации	от 05.09.2023 г., б/н	Письмо подтверждение соответствия товара требованиям тендерной документации	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
21	Письмо -гарантия	от 05.09.2023 г., б/н	Письмо о квалификации	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
22	Информационное письмо	от	Письмо об отсутствии аффилиро-	Директор ТОО	оригинал	1

		05.09.2023 г., б/н	ванности	«Med-M» Бондаренко Ю.Н.		
23	Письмо согласие	от 05.09.2023 г., б/н	Согласие на расторжение договора закупа	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	оригинал	1
24	Копия договора аренды склада	от 04.01.2023 г., б/н	Договор аренды склада	Арендатор: Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н., Арендодатель: ИП «Крюков Г.В.»	копия	3
25	Техническая спецификация по лоту № 1	б/н, от 05.09.2023 г.	Техническая спецификация по лоту № 1	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	Оригинал	1
26	Техническая спецификация по лоту № 2	б/н, от 05.09.2023 г.	Техническая спецификация по лоту № 2	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	Оригинал	1
27	Техническая спецификация по лоту № 3	б/н, от 05.09.2023 г.	Техническая спецификация по лоту № 3	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	Оригинал	1
28	Техническая спецификация по лоту № 4	б/н, от 05.09.2023 г.	Техническая спецификация по лоту № 4	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	Оригинал	1
29	Техническая спецификация по лоту № 5	б/н, от 05.09.2023 г.	Техническая спецификация по лоту № 5	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	Оригинал	1
30	Техническая спецификация по лоту № 6	б/н, от 05.09.2023 г.	Техническая спецификация по лоту № 6	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	Оригинал	1
31	Регистрационное удостоверение	РК-ИМН-5№01787 2от 23.06.2023 г.	МИ зарегистрировано на территории РК	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	1
32	Приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№01787 от 23.06.2023 г.	б/н, от 23.06.2023 г.	Приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№01787 от 23.06.2023 г.	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	3
33	Регистрационное удостоверение	РК-ИМН-5№01788 6 от 31.05.2023 г.	МИ зарегистрировано на территории РК	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	1
34	Приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№017886 от 31.05.2023 г.	б/н, от 31.05.2023 г.	Приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№017886 от 31.05.2023 г.	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	7

35	Регистрационное удостоверение	РК-ИМН-5№017878 от 31.05.2023 г.	МИ зарегистрировано на территории РК	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	1
36	Приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№017878 от 31.05.2023 г.	б/н, от 31.05.2023 г.	Приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№017878 от 31.05.2023 г.	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	3
37	Регистрационное удостоверение	РК-ИМН-5№017869 от 31.05.2023 г.	МИ зарегистрировано на территории РК	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	1
38	Приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№017869 от 31.05.2023 г.	б/н, от 31.05.2023 г.	Приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№017869 от 31.05.2023 г.	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	1
39	Регистрационное удостоверение	РК МИ (in vitro)-0№026299 от 03.05.2023 г.	МИ зарегистрировано на территории РК	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	1
40	Приложение к регистрационному удостоверению РК МИ (in vitro)-0№026299 от 03.05.2023 г.	б/н, от 03.05.2023 г.	Приложение к регистрационному удостоверению РК МИ (in vitro)-0№026299 от 03.05.2023 г.	МЗ РК Руководитель гос. Органа Кашкымбаева Л.Р.	Электронный документ	4
41	Платежное поручение	№232 от 05.09.2023 г.	Гарантийное обеспечение к тендерной заявке по лотам № 1,2,3,4,5,6	Директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.	Оригинал	1
42	CD-R диск		опись документов	CD-R диск	Электронная версия на CD-R диске	1

который оглашен всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.
Отзыв и изменение тендерных заявок потенциальными поставщиками не производились.
При вскрытии тендерных заявок представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

4. Представленные таблицы цен:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	ТОО «Med-M»
1	<p>Набор реагентов для определения протромбинового времени 5x2мл. для коагулометра НТИ TS-4000. Реагент используется для определения протромбинового времени (ПВ) и для определения активности факторов II, V, VII и X. Состав:ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин, бычий сывороточный тромбопластин 0.5%, кальция хлорид 0.015 М, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. В закрытом флаконе хранить при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность до вскрытия флакона: 2 года при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность после вскрытия: 30 дней при температуре от + 2 до +8°C. Результаты времени образования сгустка представляются для каждой пробы с точностью до 0,1 секунды. Результаты теста так же могут быть представлены в % от нормы, в протромбиновом отношении (ПО) или в Международном нормальном отношении (МНО). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1x1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1x1мл. которые должны быть одного производителя.</p>	набор	5	27 400	27300
2	<p>Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинного времени 5x2мл..+ кальция хлорид 5x2мл. для коагулометра НТИ TS-4000. Реагент предназначен для определения активированного частичного тромбопластинного времени, а также для проведения других АЧТВ-тестов с использованием активатора эллаговой кислоты. Состав: АЧТВ реагент: 0.1% эллаговой кислоты, 0.1% бычий сывороточный альбумин, 0.1% азид натрия и 0.2% фосфолипиды. Кальция хлорид (0,025М). Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в секундах с точностью 0,1 с. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1x1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1x1мл. которые должны быть одного производителя.</p>	набор	2	29 500	29400
3	<p>Набор реагентов для определения тромбинового времени 5x2мл. для коагулометра НТИ TS-4000. Реагент предназначен для определения тромбинового времени в плазме человека. Состав: Тромбин реагент содержит свиной тромбин (приблизительное содержание 10 НИН ед/мл), бычий сывороточный альбумин 0.5%, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в секундах с точностью 0,1 с. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1x1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1x1мл. которые должны быть одного производителя.</p>	набор	1	41540	41500
4	Набор реагентов для определения содержания фибрино-	набор	2	103050	103000

	<p>гена Тромбин 6x2мл., референсная плазма 1x1мл., буфер имидазоловый 2x75мл. для коагулометра НТИ TS-4000. Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме. СОДЕРЖАНИЕ. Тромбин реагент (для определения фибриногена): свиной тромбин (приблизительное содержание 100 НН ед./мл), бычий сывороточный альбумин 0.5%, азид натрия 0.2%. Референсная плазма (для определения фибриногена): Лиофилизированная человеческая цитратная плазма с добавлением буферов и стабилизаторов (< 1%). Имидазоловый буфер (ИБС): Раствор имидазолового буфера, рН 7.35 ± 0.2, содержит 0.1% азид натрия. Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в мг/дл (г/л). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1x1мл., Контроль 2 набор реагентов 1x1мл. которые должны быть одного производителя.</p>				
5	<p>Контроль 1 набор реагентов 1x1мл. для коагулометра НТИ TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулологических исследований Контроль 1 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ, ТТ и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C.</p>	флакон	2	24780	24700
6	<p>Контроль 2 набор реагентов 1x1мл. для коагулометра НТИ TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулологических исследований Контроль 2 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C.</p>	флакон	2	24780	24700

Председатель комиссии _____

Бижанов К.Б.

Члены комиссии: _____

Перепелкин П.В.

Малков О.А.

Секретарь комиссии: _____

Абдрахиева А.А.