

Протокол итогов тендера № 45
к объявлению № 16 по закупу медицинской техники на 2022 год,
способом проведения тендера.

г. Петропавловск

13.06.2022 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Члены комиссии:

Дюсенов А.К. – заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению, председатель тендерной комиссии;

Перепелкин П.В. – юрист, заместитель председателя тендерной комиссии;

Малков О.А. – областной координатор по лекарственному обеспечению, член тендерной комиссии;

Ращупкина И.А. – исполняющая обязанности главной медицинской сестры, член тендерной комиссии;

Абдрахиева А.А. – руководитель отдела государственных закупок, член тендерной комиссии.

Секретарь комиссии:

Фомичева А.Н. – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии.

Сумма, выделенная для закупа – **7 350 000,00** тенге.

2. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

3. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков по лоту прилагается:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес	Дата и время представления
1	ТОО «ТАН-СС»	РК, г. Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Энергетик, улица Оленты, дом 14	02.06.2022г. 12:18

Секретарь тендерной комиссии

	<p>– наличие. Учет общего времени терапии – наличие. Предустановки продолжительности терапии со звуковой сигнализацией – наличие. Ночной режим – наличие. Запись истории терапии - 1 день, 3 дня, 7 дней, 30 дней.</p> <p>Дополнительные комплектующие:</p> <p>Камера увлажнителя: Автозаполняемая камера увлажнителя – 1 шт.; Кислородный шланг: Кислородный шланг DIN стандарта – 1 шт., Фильтры: Фильтры для аппарата поролон – 1 шт., Канюля: Назальная высокоточная канюля, до 70 л/мин- 1 шт., Контур пациента: Контур для одного пациента, с 2 проводами нагрева – 1 шт., Флоуметр: Электронный флоуметр, встроенный в корпус аппарата, с диапазоном регулировки не менее 0-70 л/мин – 1 шт., Тележка: Специализированная колесная тележка со стойкой и корзиной – 1 шт., Датчик: Датчик SpO2 в комплекте с кабелем. Диапазон показаний SpO2 не менее 35-100%. Диапазон частоты пульса не менее 25-250 уд.мин. – 1 шт.</p> <p>Требования к условиям эксплуатации: Подключение к электросети: AC 220V, 2A Max, 50Hz.</p> <p>Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP: Конечный потребитель.</p> <p>Срок поставки МТ: в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки.</p> <p>Монтаж: Включен в стоимость.</p> <p>Условия гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.</p>				
--	--	--	--	--	--

5. В соответствии с п.72 осуществить закупку способом из одного источника и направить приглашение:
- ТОО «ТАН-СС» по лоту № 1.

Председатель комиссии



Дюсенов А.К.

Члены комиссии



Перепелкин А.К.



Малков О.А.



Рашупкина И.А.



Абдрахиева А.А.



Фомичева А.Н.

Секретарь комиссии:

