

**Протокол № 83**  
**итогов закупа изделий медицинского назначения**  
**на 2024 год способом запроса ценовых предложений**

г. Петропавловск

10 декабря 2024 г.

В 15 часов 00 минут местного времени 09 декабря 2024 года в здании КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, кабинет медиации подведен итог закупа изделий медицинского назначения на 2024 год.

1. Сумма, выделенная для закупки, (в тенге) – **1 408 000,00 (Один миллион четыреста восемь тысяч) тенге 00 тиын.**

2. Для участия в закупе были предоставлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес	Дата и время представления
1	<b>ТОО «Med-M»</b>	РК, СКО, г. Петропавловск, ул. им. Ч.Валиханова, дом 7, кв. 34	05.12.2024 г., 09:39
2	<b>ТОО «Биолик»</b>	РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, дом 69	03.12.2024 г., 11:31

3. Представленные цены потенциальных поставщиков указаны в приложении 1.

4. При вскрытии конвертов потенциальные поставщики присутствовали: директор ТОО «Med-M» Бондаренко Ю.Н.

5. Согласно п. 78 Правил «Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа», по результатам рассмотрения ценовых предложений признать победителем закупок:

- **ТОО «Биолик»** - по лоту № 2.

- **ТОО «Med-M»** - по лоту № 1.

6. Наименование и местонахождение поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа после предоставления пакета документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- **ТОО «Биолик»:** РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, дом 69, по лоту № 2 на сумму **499 900 тенге.**


- **ТОО «Med-M»:** РК, СКО, г. Петропавловск, ул. им. Ч.Валиханова, дом 7, кв. 34, по лоту № 1 на сумму **888 000 тенге.**

  
1

№ лота	Наименование	Ед. измерения	Кол-во	Цена	ТОО «Med-M»	ТОО «Биолик»
1	<p>Дренажная система одноканальная для дренирования плевральной полости. Техническая характеристика: Объем не менее 2,3 л. Высота не более 23 см. Большая часть нижней поверхности - не менее 185 см<sup>2</sup> для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл., цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры "подводного замка" для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки: дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания "подводного замка" Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Для заправки нужно всего 300 мл. воды. Возможность комбинировать с мобильным насосом для ранней мобилизации пациента. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. Одноразовая. Способ применения: предназначена для дренирования плевральной полости или средостения. Система может использоваться как при активном дренировании от различных источников разрежения, так и при пассивном дренировании под воздействием силы тяжести. Простое создание антитрефлюксного механизма- камеры водяного замка. В систему перед использованием заливается 50 мл воды, соединительная трубка вво-</p>	шт.	24	37000	37000	-

	<p>дится на 2 см ниже уровня жидкости и фиксируется в этом положении. Небьющийся корпус гарантированно защищает от повреждений с нарушением герметичности системы и случайного выплескивания жидкости. Система снабжена ручкой для транспортировки и фиксации на кровати пациента. Не нуждается в специальном крепеже. Устойчива на полу благодаря большой площади нижней поверхности. Снабжена удлинительной линией с универсальным коннектором - "елочка". Шт.</p>				
2	<p>Наборы для дренирования плевральной полости: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8*80мм, соединительная трубка с резьбовым соединением, шприц Омнификс Люэр Лок, 50 мл, антирефлюксный клапан, пакет для сбора жидкости 2.0 л с соединительной трубкой 90 см.</p>	шт.	100	5200	4999

И.о. директора



Кусемисов К.Т.